

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-30
				Versión: 8
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	HILO RETRACTOR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 2 Metros	7702314240426	37702314240427	x 49 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Colombia	2024DM-0011661 – R1		
	Perú	DM19573E		
INGREDIENTES	Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene Epinefrina, por lo tanto, no está contraindicado para pacientes con problemas cardiovasculares.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3,6 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido traslúcido, libre de partículas extrañas. Hilo con torsión de color blanco
COLOR	Incoloro a ligeramente opaco
OLOR	Característico
SABOR	Característico
CARACTERÍSTICAS DE HILO	2 metros de hilo liso, sin nudos
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,80.0 - 1,2370
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Sulfato de Aluminio 18,4 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Con astringente - Libre de Vasoconstrictor
MODO DE EMPLEO	Se aplica en el surco gingival para desplazar los tejidos cuando se va a tomar impresiones o cuando se requiera áreas secas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-30
		Versión: 8
		Página 2 de 2

	Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Hilo para la retracción gingival con Sulfato de Aluminio como sustancia astringente. No contiene epinefrina, por lo tanto, no está contraindicado en pacientes con problemas cardiovasculares. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado. No se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar.