

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-23
				Versión: 4
				Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	TIRAS DE MYLLAR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 50 Unidades	7702314240655	37702314240656	x 45 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Certificado de No requerimiento: N.º 2010007196			
INGREDIENTES	Cintas de Poliéster transparentes			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	No requiere			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3005.90.90.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Laminas lisas al tacto
COLOR		Levemente amarillentas y traslúcidas
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Largo:	10,2 cm o 102 mm
	Ancho:	1 cm o 10 mm
	Calibre o Grosor:	0,03 mm
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Tiras de Myllar
MODO DE EMPLEO	Para matrices, resinas y silicatos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado. No se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Caja plegadiza.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com